

# 試験成績書

発行日： 2024 年 10 月 3 日

## 【試験製品】

製品名 : ポロン酸溶液  
Lot No. : BO-2408A  
製造日 : 2024 年 8 月 24 日  
有効期限 : 製造後2年

## 【外観試験】

試験実施日： 2024 年 9 月 3 日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	容器外観	適合
	試薬色調（淡黄色）	適合

## 【性能試験】

判定日： 2024 年 9 月 20 日

試験菌	判定基準	判定
<i>Klebsiella aerogenes</i> 臨床菌株 SG管理 No.5079 AmpC過剰産生 (+) KPC (-)	35°C16時間培養後、PBA添加により 阻止円径5mm以上拡大	適合
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC-BAA 1705 AmpC過剰産生 (-) KPC (+)	35°C16時間培養後、PBA添加により 阻止円径5mm以上拡大	適合
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 AmpC過剰産生 (-) KPC (-)	35°C16時間培養後、PBA添加により 阻止円径5mm以上拡大認めず	適合

## 【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

