

試験成績書

発行日： 2024 年 12 月 23 日

【試験製品】

製品名 : スポットインドール試薬
Lot No. : SI-2412A
製造日 : 2024 年 12 月 17 日
有効期限 : 製造より1年

【外観試験】

試験実施日： 2024 年 12 月 17 日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	ラベル内容	適合
	ラベル貼付	適合
外箱	ラベル内容	適合
	ラベル貼付（前面・背面）	適合

【性能試験】

試験実施日： 2024 年 12 月 20 日

試験菌	判定基準	判定
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	陽性 : 細菌の塗抹標本に青色～青緑色 の変化が現れる（1分以内）	適合
<i>Fusobacterium necrophorum</i> JCM 3718	陽性 : 細菌の塗抹標本に青色～青緑色 の変化が現れる（1分以内）	適合
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	陰性 : 変化なし	適合
<i>Bacteroides fragilis</i> ATCC 25285	陰性 : 変化なし	適合

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

